

تناول دواء التغذية الكاملة بالحقن عبر مضخة CADD-PRIZM

تناول دواء التغذية الكاملة بالحقن بشكل سليم عن طريق مضخة CADD Prizm بالمنزل مهم لسلامتكم. الرجاء الاتصال بـ **1-800-755-4704** إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

• <https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>



• رمز الاستجابة السريع ←

التجهيزات:

إجراء الغسل (Saline) SASH "محلول ملحي"،
Administer infusion "إجراء التسريب"،
Saline "محلول ملحي"، Heparin "هيبارين":

س.م سائل ملحي ___ مللي
تناول الدواء حسب تعليمات الممرضة
س.م سائل ملحي ___ مللي
هـ هيبارين ___ مللي (عند الطلب)

- كيس التغذية الكاملة بالحقن (أزله من المبرد 2 – 3 ساعات قبل حقن)
- مضخة CADD PRIZM ومجموعة طاقة البطارية
- المرشح ومجموعة أنبوب CADD PRIZM (أنبوب CADD)
- مسحات طبية/كحولية
- حاوية الأدوات الحادة، إذا اقتضى الأمر
- (2) حُقن كلوريد الصوديوم (سائل ملحي)
- (1) حقنة هيبارين
- أي أدوية أو تجهيزات إضافية مطلوبة للمواد الإضافية للتغذية الكاملة بالحقن
- بطارية من 9 فولت
- غطاء طاولة التغذية الكاملة بالحقن

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. ضع غطاء طاولة التغذية الكاملة بالحقن في منطقة نظيفة وجافة. جمع التجهيزات.
2. التحقق من التسميات والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصلاحيته. التحقق من كيس التغذية الكاملة بالحقن في حالة الفتحاح والتسريبات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع Chartwell في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.
3. قم بإعداد المحاقن المعبأة مسبقاً لغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.

4. تحضير المواد الإضافية للتغذية الكاملة بالحقن حسب تعليمات الممرضة.
 5. تنظيف مدخل حقن كيس التغذية الكاملة بالحقن بمسحة طبية/كحولية جديدة بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجف لمدة 60 ثانية قبل حقن أي مادة إضافية بالكيس.
 6. ضخ المواد الإضافية بكيس التغذية الكاملة بالحقن حسب تعليمات الممرضة. يجب التخلص من إبر للمواد الإضافية لكيس التغذية الكاملة بالحقن في حاوية الأدوات الحادة.
 7. حرك الكيس للأمام والخلف برفق لخلط المواد الإضافية.
 8. أزل أنبوب CADD PRIZM من العبوة. أزل جهاز توفيق التدفق الأزرق من أعلى الشريط بسحب اللسان الأزرق أعلى. سيمنع هذا من التدفق بالجاذبية غير المقصود.
 9. أزل لسان الحماية من فتحة الإدخال لكيس التغذية الكاملة بالحقن.
 10. أزل الغطاء عن الإبرة ذات الرأس الأنوبي وأدخل الإبرة ذات الرأس في كيس التغذية الكاملة بالحقن باستخدام حركة اللف والدفع. لا تلمس الإبرة ذات الرأس.
 11. أدخل البطارية ذات 9 فولت في المضخة، ووصل سلك مجموعة طاقة البطارية إلى مقبس طاقة المضخة.
 12. ستنتقل المضخة إلى عرض تلقائي؛ ستعرض الشاشة إعدادات مبرمجة مسبقاً. استمع إلى سلسلة من الطنين. ستقرأ بشاشة العرض "التغذية الكاملة بالحقن، اضغط التالي للمتابعة".
 13. استخدم عملة معدنية لغلاق الأنبوب الجديد/تعيين إلى مضخة CADD PRIZM حسب تعليمات الممرضة. ستعرض المضخة "تم توصيل مجموعة تناول الدواء، اضغط التالي للمتابعة".
 14. اضغط التالي بالشاشة للتقدم للعرض التالي.
 15. ستعرض الشاشة "حجم المخزون". اضغط إدخال. (سيعيد هذا تعيين المضخة ويجب إجراؤه مع كل كيس جديد)
 16. ستعرض حينها الشاشة "بدء الضخ بالأنبوب". اضغط "y" (نعم) اضغط لوحة المفاتيح باستمرار حتى يتم ضخ السائل بالكامل للأنبوب. ضخ الأنبوب بالكامل بالدواء خلال عكس المرشح حتى يمتلئ الأنبوب بالكامل بالسائل وتُلاحظ قطرة من السائل بنهاية الأنبوب، ثم حرر زر "y". قد يلزم تكرار هذه الخطوة لضمان خلو الأنبوب بالكامل من الهواء.
 17. ستعرض الشاشة "هل ترغب بمتابعة الضخ؟" إذا تم ملء الأنبوب بالكامل، فاضغط "N" (لا)
 18. ستعرض الشاشة "بدء عمل المضخة" اضغط "N" (لا)
 19. ستعرض الشاشة "إيقاف".
 20. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية. كرر هذه العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
- ملاحظة:** من المهم اتباع هذه الطريقة في التعقيم المزدوج لغطاء الحقن/المحور للشريط بكل مرة توصل فيها الشريط.

21. قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.
 22. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.
 23. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية. كرر هذه العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
 24. أرفق أنبوب CADD Prizm بنهاية غطاء الحقن.
 25. بدء المضخة بضغط إيقاف/تشغيل بلوحة المفاتيح.
 26. ستعرض الشاشة "هل ترغب ببدء عمل المضخة؟" اضغط "Y" (نعم). ستنتقل المضخة إلى عرض تلقائي ثم سيومض ضوء أخضر في الجانب الأعلى يمين المضخة (فوق شاشة العرض). ستعرض الشاشة "جارٍ التشغيل." سيبدأ نقل السائل
 27. ثبت مضخة CADD PRIZM وكيس التغذية الكاملة بالحقن في حقيبة الظهر حسب تعليمات الممرضة.
- ملاحظة: بعد فترة قصيرة، تتحول الشاشة وحدها لوضع توفير الطاقة. لإعادة تنشيط شاشة العرض، اضغط أي زر بلوحة المفاتيح.

بنهاية الحقن:

28. أوقف مضخة CADD Prizm. اضغط مفتاح إيقاف/تشغيل. ستعرض الشاشة "هل ترغب بإيقاف المضخة؟" اضغط "Y" (نعم)
29. قم بفصل الأنبوب من مدخل الحقن للقسطرة الوريدية. استخدم عملة معدنية لفتح الأنبوب/المجموعة من المضخة وتخلص من الأنبوب المستخدم وكيس التغذية الكاملة بالحقن.
30. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية. كرر هذه العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
31. قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.
32. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.

إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات 33-35، وإلا تجاوز حتى الخطوة 36.

33. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية. كرر هذه العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
34. قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقاً بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.

35. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.
 36. قم بغسل أي لومن إضافي وفقاً لتوجيهات خطة العلاج الخاصة بك، باستخدام تقنية الغسل المزدوج نفسها كما كان من قبل.
 37. أزل كيس التغذية الكاملة بالحقن من مضخة CADD Prizm وتخلص منه.
 38. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.
- صل دوماً مجموعة البطارية بمحول التيار وصلها بمقبس الحائط. ستضيء لمبة خضراء عندما تشحن مجموعة البطارية بالكامل.
 - يجب وضع بطارية من 9 فولت دوماً بالمضخة عند الحقن حتى تعمل المضخة بشكل سليم.

****جميع التجهيزات والنفايات يمكن وضعها في كيسين والتخلص منها مع القمامة المنزلية****

ملاحظات: