

## **ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN CON DISPOSITIVO ELASTOMÉRICO**

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación a través de un dispositivo elastomérico en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

### **INSUMOS:**

- Dispositivo elastomérico que contiene la medicación.
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)

### **PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:**

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### **PROCEDIMIENTO:**

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
3. Consulte las etiquetas del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione el dispositivo elastomérico en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
4. Desinfecte la caperuza para introducción de agujas con una toallita con alcohol; frote vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
5. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
6. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
7. Desinfecte la caperuza para inyección de agujas con una toallita con alcohol; frote vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
8. Retire la tapa del tubo en el dispositivo elastomérico y conecte el tubo intravenoso a la caperuza para introducción de agujas.

9. Administre la medicación. Para comenzar la infusión, abra la pinza en el tubo. Si el tubo está aplastado, masajee suavemente el tubo para permitir que el líquido fluya libremente.
10. Coloque la bomba en un lugar fijo (bolsa de transporte, broche o bolsillo) durante la infusión del medicamento. El globo dentro del dispositivo elastomérico se desinflará a medida que la medicación se infunde.
11. Su infusión está completa cuando de tiempo el infusión ha transcurrido y el globo dentro del dispositivo elastomérico parece vacío.
12. Cierre la pinza en el tubo y desconecte el tubo intravenoso de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
13. Limpie la tapa de inyección en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Conecte la jeringa cargada de cloruro de sodio en la caperuza para introducción de agujas, manteniendo la asepsia, y enjuague el catéter.
15. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

**Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 16 a 18; de lo contrario, omita.**

16. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
17. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
18. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
19. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
20. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**\*\*Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.\*\***

**ATENCIÓN: Si la medicación en el dispositivo elastomérico no ha alcanzado la temperatura ambiente, el líquido frío puede prolongar el tiempo de infusión. No use el dispositivo elastomérico mientras se baña, ducha, nada o realiza cualquier otra actividad que pudiera humedecer el dispositivo. No intente calentar el dispositivo elastomérico en el microondas, horno o agua tibia.**

**NOTAS:**