



## PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN CON DIAL DE REGULACIÓN

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación con el tubo con dial de regulación en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

### Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

### INSUMOS:

- Bolsa de medicación intravenosa
- Tubo con dial de regulación (**cambiar diariamente**)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- (1) Tapa de punta de jeringa azul claro, si se indica.
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico

### PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la bolsa con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
4. Retire el tubo con dial de regulación del empaque y gire el dial hasta la posición "OFF" (Cerrado).



7-01-006

**PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN CON DIAL DE REGULACIÓN**

5. Asegúrese de que la pinza con rodillo esté cerrada. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
6. Retire la cubierta de la espiga en el tubo e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**
7. Cuelgue la bolsa de medicación en el portasueros. Exprima la cámara de goteo para llenarla hasta la mitad.
8. Abra la pinza en el tubo.
9. Llene toda la longitud del tubo girando lentamente el dial hasta la posición "OPEN" (Abierto). Cuando observe una gota de líquido en el extremo del tubo, gire el dial hasta la posición "OFF" (Cerrado).
10. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
11. Enjuague su catéter con cloruro de sodio/solución salina según las instrucciones de su enfermero.
12. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
13. Retire la tapa protectora del extremo del tubo y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **\*\*Tenga cuidado para evitar tocar la punta del tubo\*\*.**
14. Gire el dial para comenzar la infusión. Ajuste el dial en el valor indicado por su enfermero. Administre la medicación acuerdo con su plan de tratamiento (Plan of Treatment, POT) de Chartwell, controlando el progreso de la infusión mientras se dispensa el medicamento.

**AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:**

15. Cuando la bolsa de medicación se vacíe, gire el dial hasta la posición "OFF" (Cerrado), cierre la pinza de rodillo y desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
16. Si debe administrar otra dosis de la medicación el mismo día, coloque una tapa azul claro en la punta de la jeringa en el extremo del tubo para mantenerla estéril. **(\*\*Vea la nota al final del documento).**



7-01-006

**PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN CON DIAL DE REGULACIÓN**

17. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
18. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
19. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

**Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 20 a 22; de lo contrario, pase al 23.**

20. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
21. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
22. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
23. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
24. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**\*\*Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.**

**\*\*NOTA: El tubo debe cambiarse DIARIAMENTE. Cuando administre más de una infusión por día, debe conectar una nueva bolsa de medicación para reutilizar el tubo.**

**NOTAS:**