

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN CON LA BOMBA CURLIN (MODO INTERMITENTE O CONTINUO)

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación a través de la bomba Curlin en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

INSUMOS:

- Bolsa de medicación
- Tubos Curlin (**cambie los lunes, miércoles y viernes para infusiones continuas o diariamente para intermitentes**)
- Bomba Curlin
- 2 baterías "C" (cambiar a diario y según sea necesario)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- (1) tapa estéril azul claro

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina ___ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina ___ ml
- H** Heparina ___ ml (si es necesario)

PROCEDIMIENTO PARA INFUSIÓN Y CAMBIO DIARIO DE BOLSA CON TUBO:

1. Limpie el área de trabajo. Reúna los insumos. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la bolsa con la medicación en busca de fisuras, pérdidas, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.

4. Retire el tubo CURLIN del empaque. Gire y quite la lengüeta separable del detenedor de flujo. Retirar la lengüeta separable hace que el dispositivo detenedor de flujo se cierre, lo que evita el flujo por gravedad no deseado.
5. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
6. Retire la cubierta de la espiga en el tubo Curlin e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**
7. Inserte las baterías en la bomba CURLIN.
8. Inserte el conjunto de administración en la bomba CURLIN según las indicaciones de su enfermero.
9. Cierre la puerta de la bomba con seguridad.
10. Encienda la bomba presionando la tecla on/off (Encendido/apagado).
11. Después de que la bomba termina una comprobación interna del sistema, la pantalla mostrará **ENTER to Select** (Enter para seleccionar). **PROGRAM** (Programa) se resaltará. Oprima **YES** (Sí)
12. La pantalla siguiente mostrará **REPEAT Rx** (Repetir receta) y **NEW PROGRAM** (Nuevo programa). Asegúrese de que **REPEAT Rx** esté resaltado y luego oprima **YES**.
13. La bomba recorrerá los ajustes y se detendrá en la pantalla que dice **PRESS RUN to START** (Presione Ejecutar para Comenzar); **NO TO REVIEW** (No para examinar); **OPTIONS** (Opciones) o **PRIME** (Llenar). Mantenga presionada la tecla **PRIME** (Llenar) y siga las indicaciones en la pantalla.
14. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
15. Enjuague su catéter con cloruro de sodio según las instrucciones de su enfermero.
16. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
17. Conecte el tubo CURLIN al extremo de su caperuza para introducción de agujas.
18. Asegurándose de que **RUN** (Ejecutar) esté resaltado. Presione la tecla verde **RUN** y la bomba se encenderá y su infusión comenzará.

Si es necesario **PAUSAR** la bomba durante una infusión (por ej. para silenciar una alarma), una vez que se resuelva, se debe resaltar **RESUME** (Reanudar). Presione **YES**, y luego la tecla **RUN** para reanudar.

Si la bomba se APAGA durante una infusión, **ENCIENDA** la bomba, presione **YES** para **PROGRAMAR**, y luego **YES** para **REANUDAR** (si se reiniciará con la misma bolsa de medicación) o **REPEAT RX** (Repetir receta) (si se comenzará con una nueva bolsa), luego oprima la tecla **RUN** (EJECUTAR).

AL COMPLETAR UN CICLO DE INFUSIÓN:

19. Cuando su infusión se complete la bomba Curlin dirá **INFUSION COMPLETE** (Infusión completa) o **BAG EMPTY** (Bolsa vacía).
20. Presione **PAUSE** (Pausa).
21. Desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas.
22. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
23. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
24. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 25-27; de lo contrario, pase al 28

25. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
26. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
27. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
28. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
29. Prepare una nueva bolsa de medicación y un nuevo tubo siguiendo los pasos 3 a 5.
30. Repita los pasos 7 a 13. Presione **RUN** (Ejecutar) para comenzar.
31. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.



CONSIDERACIÓN ESPECIAL AL INFUNDIR EN MODO INTERMITENTE:

Cambie las bolsas intermitentes durante el ciclo KVO (keep vein open, mantener vena abierta), después de que la última dosis de medicación en la bolsa se haya infundido.

CAMBIO DE TUBO/BOLSA: Todos los días y según sea necesario

**** Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.****

NOTAS: