



INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE IGG (HIZENTRA)

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación a través de la bomba de jeringa Freedom 60 en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

INSUMOS:

- Bombas Freedom 60
- Tubos Freedom 60/Precision Flow **(los tubos deben cambiarse A DIARIO)**
- Viales de medicación
- Recipiente de objetos punzocortantes
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina **(si es necesario, de acuerdo con su plan de tratamiento)**
- (1) Tapa de punta de jeringa azul claro, si se indica.
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- Jeringas de 60 cc para medicación
- Dispositivo pequeño de transferencia
- (3) Hisopos ChloroPrep **O** Hisopos con alcohol si es alérgico o sensible a ChloroPrep
- Juego de agujas Sub Q (25 a 27 g) con apósito transparente incluido (agujas individuales o múltiples, según las indicaciones)

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina ___ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina ___ ml
- H** Heparina ___ ml (si es necesario)

PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos y equipos. Retire la medicación del refrigerador, según las instrucciones de su enfermero.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.



7-01-029

INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE IGG (HIZENTRA)

3. Extraiga el IGG según el plan de tratamiento en la jeringa vacía de 60 cc con un dispositivo pequeño de transferencia o aguja.

ALERTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Verifique que tenga el tubo Freedom 60/Precision flow correcto. La tasa impresa en el empaque debe coincidir con la tasa indicada por su médico (verifique la etiqueta de la receta).

4. Retire el tubo del empaque.
5. Conecte el tubo Freedom 60/Precision al extremo con disco luer de la jeringa del medicamento.
6. Coloque la jeringa en la bomba según las instrucciones de su enfermero, siga la hoja de instrucciones llamada Administración de medicación mediante bomba Freedom 60.
7. Asegúrese de que la bomba Freedom está en posición **OFF** (apagado) y la lengüeta negra esté en el extremo del carril. Para mover la lengüeta negra, gire la perilla grande hacia la derecha hasta que escuche un clic. **NO GIRE EN EXCESO.**

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO:

8. Inserte la jeringa del medicamento con el tubo conectado, con el extremo del émbolo primero en la cubierta transparente de la bomba. Asegúrese de que el extremo con disco luer del tubo quede asentado firmemente en la nariz de la bomba. (Vea el video con instrucciones).
9. Gire la bomba hasta la posición **ON** (encendido) para llenar el tubo Freedom 60/Precision. Retire la tapa de la punta **HASTA** que observe una gota de líquido en el extremo del tubo; vuelva a colocar la tapa de la punta. **NO llene la aguja. NOTA: mantenga la jeringa en su lugar HASTA que la lengüeta negra encastre en la jeringa para evitar que se salga de lugar.**
10. Coloque la bomba en posición **OFF** (apagado).
11. Elija el lugar SC adecuado para el paciente. (Algunos lugares de inyección adecuados incluyen el abdomen, la parte superior de los glúteos, el lateral de los muslos o de la cadera. Seleccione un nuevo lugar con cada colocación de una aguja nueva).
12. Limpie el lugar con ChlorPrep (o alcohol si es alérgico a ChlorPrep) frotando hacia adelante y atrás durante al menos 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos. Deje que el lugar seque bien. **No seque el lugar con papel absorbente.**
13. Retire cuidadosamente la cubierta de protección de la aguja SC, manteniendo la aguja expuesta estéril.
14. En el lugar seleccionado de inserción de la aguja, pellizque la piel e inserte la aguja SC en un ángulo de 90 grados en el pliegue de la piel.



7-01-029

INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE IGG (HIZENTRA)

15. Aplique un apósito transparente sobre los lugares de inserción de agujas.
16. Asegure el exceso de tubo en la piel con cinta adhesiva.
17. Retire la tapa protectora del extremo del tubo Freedom 60/Precision y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **Tenga cuidado de no tocar la punta del tubo.**
18. Encienda la bomba para comenzar la infusión. La bomba comenzará automáticamente a infundir la medicación. Administre la medicación con la bomba Freedom de acuerdo con su plan de tratamiento de Chartwell, controlando el progreso de la infusión mientras se dispensa el medicamento. **Nota:** La bomba es silenciosa durante la infusión del medicamento, según las instrucciones de su enfermero.

AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:

19. Cuando la jeringa de medicación está vacía, la infusión está completa. Coloque la bomba en posición **OFF** (apagado).
20. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.
21. Retire suavemente el apósito transparente mientras asegure la aguja SC.
22. Retire la aguja SC de la piel.
23. Gire la perilla hacia la derecha para mover la lengüeta negra hasta el extremo del carril.
24. Retire la jeringa de medicación vacía de la bomba. Deje la jeringa vacía conectada al tubo.
25. Deseche la jeringa, el tubo y la aguja usados en el recipiente para objetos punzocortantes.
26. Deseche el HIZENTRA que haya sobrado en el vial en el recipiente para objetos punzocortantes.
27. Cubra el lugar con un apósito de gaza. Puede aplicar presión directa, pero **evite frotar el lugar.**
28. Aplique curitas.
29. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

NOTA: El tubo Freedom 60/Precision debe desecharse diariamente

****Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.****



7-01-029

INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE IGG (HIZENTRA)

NOTAS: